

BELSANA

Topkvalitet

FRA FIRMAET BELSANA

Med Deres BELSANA-produkt fremstillet efter Deres individuelle mål bærer De resultatet af en mangeårig forskning og udvikling. Den omhyggelige udførelse og det høje kvalitetsniveau sikres og kontrolleres ved brug af den nyeste teknik. En regelmæssig certificering fra uafhængige tekniske institutter dokumenterer vores ansvarsbevidste omgang med vore produkter.

Dine specialfremstillede BELSANA-strømper opfylder OEKO-TEX® Standard 100, som foreskriver brug af sikre materialer og farvestoffer.

Sammen sikrer vi at De bliver fit!

Indikationer (se også retningslinjerne for medicinsk kompressionsterapi fra AWMF 037/005, stand 12/18)

- Forbedring af venøse symptomer og livskvalitet ved kroniske venelidelser.
- Forebyggelse af og terapi ved venøse ødemer
- Forebyggelse af og terapi ved venøse forandringer i huden
- Eksem og pigmentering
- Dermatoliposklerose og atrophie blanche
- Terapi og smertereducering ved Ulcus cruris venosum, også til forebyggelse af tilbagefald.
- Terapi ved arteriel og venøs betinget Ulcus cruris (se kontraindikationer!)
- Åreknuder
- Initial fase efter varikosesterapi
- Funktionel venøs insufficiens
- Venøse malformationer
- Venetrombose
- Tilstand efter trombose
- Posttrombotisk syndrom
- Tromboseforebyggelse hos mobile patienter
- Lymfeknuder
- Ødemer i graviditeten
- Posttraumatiske/postoperative ødemer
- Cyklisk idiopatiske ødemer
- Lipødemer fra stadie II
- Overbelastningstilstande som følge af ubevægelighed (arthrogent overbelastningsyndrom, pareser og delpareser i ekstremiteten)
- Erhvervsbetingede ødemer (stillesiddende arbejde, stående arbejde)
- Medikamentøs betingede ødemer, hvis en omstilling ikke er mulig
- Adipositas med funktionel venøs insufficiens
- Inflammatoriske dermatoser i benene
- Kvalme, svimmelhed og problemer med overbelastede blodårer i graviditeten

- Tilstand efter brandsår
- Behandling af ar

Kontraindikationer

Absolutte kontraindikationer:

- Fremskreden perifer arteriel okklusiv sygdom (Hvis en af disse parametre gælder: ABPI < 0,5, ankelarterietryk < 60 mmHg, tåtryk < 30 mmHg eller TcPO2 < 20 mmHg fodryg)
- Dekompenseret hjertefunktionsinsufficiens
- Septisk flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Risici at være opmærksom på (behandlingsbeslutning under brug/afvejning af risiko):

- Løbende dermatoser
- Intolerance i forhold til materialerne i kompressionsstrømper
- Intolerance i forhold af kompressionsstrømpingredienser
- Svære sensibilitetsforstyrrelser i ekstremiteten
- Fremskreden perifer neuropati (f.eks. diabetes mellitus)
- Kronisk polyarthritis

Ved manglende overholdelse af disse kontraindikationer fralægger vi os ethvert ansvar.

⚠ Risici og bivirkninger

Medicinske kompressionsstrømper kan forårsage hudnekroser og trykskader på perifere nerver. Ved følsom hud kan der under kompressionsstrømperne opstå kløe og hudproblemer. Derfor kan en tilstrækkelig hudpleje i høj grad anbefales. Ved følgende symptomer bør du omgående tage strømperne af og rådføre dig med din læge angående fortsættelse af terapien: Tæerne farves blå eller hvide, ubehag og følelsesløshed, tiltagende smerter, stakåndethed og svedetur, akutte indskrænkninger i bevægeligheden.

sen af terapien: Tæerne farves blå eller hvide, ubehag og følelsesløshed, tiltagende smerter, stakåndethed og svedetur, akutte indskrænkninger i bevægeligheden.

Garanti

Opbevaringsevnen for medicinske kompressionsstrømper er ved passende opbevaring begrænset til 3 år. Hertil kommer bæretiden, der ved regelmæssig brug og korrekt pleje maksimalt er 6 måneder. Efter udløbet af denne frist er produkterne ikke længere omfattet af garantien. Grundlæggende er mangler, der skyldes almindelig slitage eller upassende brug, udelukket fra at være omfattet af garantien. Under upassende brug henregnes også den efter købet følgende forandring af produktet, der ikke er foretaget af fremstillingsvirksomheden. Små farveafvigelser, der kan opstå som følge af den enkelte farvningsproces, anses ikke for at være en defekt. Tilsvarende varer er derfor udelukket fra ombytning og returnering. Produktet er egnet til én bruger. Blivert det givet videre til andre med henblik på genbrug, ophører fabrikantens produktgaranti.

Bortskaffelse

Efter brug bør produktet bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler for affaldssortering.

Anmeldelsespligt

På grund af love og regler er patienter og brugere forpligtet til straks at melde det til fabrikanten og til de ansvarlige myndigheder (i Danmark Lægemiddelstyrelsen), hvis der i forbindelse med brug af produktet er optrådt alvorlige, utilsigtede hændelser, der har medført alvorlig forringelse i helbredstilstanden hos patienten eller førte til eller kunne have ført til dennes død.

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
www.belsana.de · service@belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



Til specialforretningen: Strømpedata til Deres arkiv.



BELSANA

- Tåler ikke kemisk rensning
- Må ikke stryges
- Tørres på skåneprogram
- Må ikke bleges
- Skånevask

Vask BELSANA Impuls med vangen indad
hvis BELSANA classic extra med vangen udad, og undlad at bruge skyllemiddel!

Kompressionsstrømper rigtig vask

Sådan fungerer de medicinske kompressionsstrømper

Ved hjælp af produkter der er afstemt med den specifikke indikation og ved hjælp af kontrolleret tryk bliver blodets tilbagestrømning accelereret, mikrocirkulationen i blodvævet forbedres, og lymfestrømmen stiger.

Indikation og ved hjælp af kontrolleret tryk bliver blodets tilbagestrømning accelereret, mikrocirkulationen i blodvævet forbedres, og lymfestrømmen stiger.

egnet til øjeblikkelig brug

Anbefaling: Bør vaskes inden første brugtagning.

daglig vask (maks. 40 °C), i hånden eller på skåneprogram i maskinen

separat med finvaskemidler (f.eks. BELSANA blødtvåskemiddel), undlad at bruge skyllemidler

skal skylles grundigt, centrifugering ved lav hastighed, så stoffet ikke vrides.

lufttørres på et håndklæde eller på skåneprogram i tørretumbleren, må aldrig stryges og må ikke tørres på radiatoren eller i solen

Vedligeholdelse

opbevares tørt, helst i den originale emballage.

Strømper med silikonebelagt holdelænd må ikke beskyttes mod direkte sollys og varme

komme i kontakt med oprensningsmiddel, salve, creme eller fugtighedscreme, da det kan forringe hæftesevnen

permanente fodpleje og optimalt fodtøj er strengt nødvendigt

Udning (pilling) er normalt for tekstiler og ingen grund til reklamation

du må aldrig selv reparere skader på strømperne, hvor de er blevet købt

hvis holdelændet flyttes med jævne mellemrum, kan det forhindre hudirritation

hvis holdelændet flyttes med jævne mellemrum, kan det forhindre hudirritation

du skal kontakte forhandleren

Materialiesammensætning

Der benyttes polyamid (Polyamid), elastan (Elastan) og ved enkelte produkter bomuld (Baumwolle). Se venligst de konkrete specifikationer på den tekstiltiket.

Der benyttes polyamid (Polyamid), elastan (Elastan) og ved enkelte produkter bomuld (Baumwolle). Se venligst de konkrete specifikationer på den tekstiltiket.

Deres personlige strømpepås.

Bare træk af, klæb sammen og opbevar.

Vi rådgiver dig gerne!

gjenbestille.

medbring dette strømpepås, når du vil udstede en ny recept til dig. Du skal nødvendigvis medbringe medicinsk, kan lægen igen efter seks måneder, hvis det er anbefaler vi, at du kontakter din læge kompressionsstrømper med varig effekt, individuelle mål. Hvis du ønsker en BELSANA – fremstillet i henhold til dine medicinske kompressionsstrømper fra Du har netop modtaget dine nye

Strømpepås

BELSANA

INDIVIDUALLY
MADE FOR YOU

made-to-measure

handed over by

